



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

**РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 16 декабря 2013 года № ФСР 2011/09908

На медицинское изделие

Бинты медицинские гипсовые клеевые на марлевой основе БГМКМО-"ММ"
по ТУ 9393-001-79487689-2006

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

Общество с ограниченной ответственностью "Медитек-М" (ООО "Медитек-М"),
Россия, 123022, Москва, Столярный пер., д.14, кв.5

Производитель

Общество с ограниченной ответственностью "Медитек-М" (ООО "Медитек-М"),
Россия, 123022, Москва, Столярный пер., д.14, кв.5

Место производства медицинского изделия

Номер регистрационного досье № РД-2476/43996 от 27.11.2013

Вид медицинского изделия


142000, Московская обл., г. Домодедово, дер. Ильинское, вл. Аретей

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 1

Код Общероссийского классификатора продукции для медицинского изделия 93 9370

приказом Росздравнадзора от 16 декабря 2013 года № 7306-Пр/13
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

Врио руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



М.А. Мурашко
0005290

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Общество с ограниченной ответственностью "Медитек-М"

наименование организации или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, принявших декларацию о соответствии

Межрайонная инспекция ИФНС №46 по г. Москве 18.07.2008, 1057749274483

сведения о регистрации организации или индивидуального предпринимателя (наименование регистрирующего органа, дата регистрации, регистрационный номер)

Столярный пер., д.14, кв.5 г. Москва, 123022, телефон (495) 378-88-69

адрес, телефон, факс

В лице генерального директора Баландина Д.В.

должность, фамилия, имя, отчество руководителя организации, от имени которой принимается декларация

заявляет, что

Бинты медицинские гипсовые клеевые на марлевой основе БГМКМО- "ММ" по ТУ 9393-001-79487689-2006

наименование, тип, марка продукции, на которую распространяется декларация

выпускаемая по ТУ 9393-001-79487689-2006

Серийный выпуск

сведения о серийном выпуске или партии (номер партии, номера изделий, реквизиты договора /контракта, накладная)

Код ОК 005-93 (ОКП): 93 9370

Код ТН ВЭД России:

соответствует требованиям

ТУ 9393-001-79487689-2006, ГОСТ Р 52162-2003, ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-2-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011, ГОСТ ISO 10993-11-2011, ГОСТ Р 52770-2007

ссылка на нормативные документы, соответствие которым подтверждено данной декларацией, с указанием пунктов этих нормативных документов, содержащих требования для данной продукции

Декларация принята на основании


Регистрационное удостоверение на медицинское изделие Росздравнадзора № ФСР 2011/09908 от 16 декабря 2013, протокол технических испытаний № 20.35.014 от 07.02.2014 г. ИЛЦ ФГБУН НИИ ФХМ ФМБА России, рег. № РОСС RU.0001.21ИМ33 от 14.07.2010, и протокол на биологическую безопасность № ООО "НАЦИОНАЛЬНОГО НАУЧНОГО ЦЕНТРА ТОКСИКОЛОГИЧЕСКОЙ И БИОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ", рег. № РОСС RU.0001.21ИМ55 от 28.10.2011

информация о документах, являющихся основанием для принятия декларации

Дата принятия декларации: 14.02.2014

Декларация о соответствии действительна до: 14.02.2017

М.П.



Баландин Д.В.

подпись

инициалы, фамилия

Сведения о регистрации декларации о соответствии

АНО "Сертификационный центр "МЕДПОЛИМЕР"

наименование и адрес органа по сертификации, зарегистрировавшего декларацию

Научный пр-д, д.10, офис 402, г. Москва, Российская Федерация, 117246, тел. (499)120-80-15, факс (499)120-21-62, E-mail medisert@mail.ru

Аттестат рег. № РОСС RU.0001.11ИМ27 выдан 04.05.2011г. Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии

Дата регистрации 14.02.2014, регистрационный номер декларации РОСС RU.ИМ27.Д00170

дата регистрации и регистрационный номер декларации


М.П.


Е.С.Яворская

Е.С.Яворская

подпись

инициалы, фамилия руководителя органа по сертификации





ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

**РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 02 ноября 2017 года № РЗН 2017/6428

На медицинское изделие

Бинт медицинский гипсовый клеевой на марлевой основе "МЕДИТЕК"
по ТУ 21.20.24-001-54783613-2017

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

Общество с ограниченной ответственностью "Медитек М"
(ООО "Медитек М"), Россия, 123022, Москва, Столярный пер., д. 14, кв. 5

Производитель

Общество с ограниченной ответственностью "Медитек М"
(ООО "Медитек М"), Россия, 123022, Москва, Столярный пер., д. 14, кв. 5

Место производства медицинского изделия

ООО "Медитек М", Россия, 142073, Московская область, г. Домодедово,
дер. Ильинское, влад. "Артей", стр. 1, 2, 3, 5

Номер регистрационного досье № РД-18704/42845 от 26.07.2017

Вид медицинского изделия 102970

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 1

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической
деятельности 21.20.24.132

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 3 листах

приказом Росздравнадзора от 02 ноября 2017 года № 9201
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

М.А. Мурашко

0036633

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 02 ноября 2017 года № РЗН 2017/6428

Лист 1

На медицинское изделие

Бинт медицинский гипсовый клеевой на марлевой основе "МЕДИТЕК" по ТУ
21.20.24-001-54783613-2017:

в вариантах исполнения:

I. Зигзагообразная лента ("лонгет"), в вариантах исполнения:

1. "Лонгет", неокрашенный (Л).

1.1. Варианты исполнения:

1.1.1. Л 1 (1 слой бинта).

1.1.2. Л 2 (2 слоя бинта).

1.1.3. Л 3 (3 слоя бинта).

1.1.4. Л 4 (4 слоя бинта).

1.1.5. Л 6 (6 слоев бинта).

1.1.6. Л 8 (8 слоев бинта).

1.1.7. Л 10 (10 слоев бинта).

1.2. Длина, м: $2,0 \pm 0,15$; $3,0 \pm 0,20$; $4,0 \pm 0,30$; $5,0 \pm 0,35$; $10,0 \pm 0,40$; $20,0 \pm 0,50$; $30,0 \pm 0,60$; $50,0 \pm 1$.

1.3. Ширина, см: $5,0 \pm 0,2$; $6,0 \pm 0,3$; $7,5 \pm 0,3$; $8,0 \pm 0,4$; $10,0 \pm 0,5$; $12,0 \pm 0,8$; $14,0 \pm 0,9$; $15,0 \pm 1,0$; $17,5 \pm 1,0$; $20,0 \pm 1,0$; $25,0 \pm 1,2$; $30 \pm 1,2$.

2. "Лонгет", окрашенный в розовый или голубой или салатовый цвет (ЛО).

2.1. Варианты исполнения:

2.1.1. ЛО 1 (1 слой бинта).

2.1.2. ЛО 2 (2 слоя бинта).

2.1.3. ЛО 3 (3 слоя бинта).

2.1.4. ЛО 4 (4 слоя бинта).

2.1.5. ЛО 6 (6 слоев бинта).

2.1.6. ЛО 8 (8 слоев бинта).

2.1.7. ЛО 10 (10 слоев бинта).

2.2. Длина, м: $2,0 \pm 0,15$; $3,0 \pm 0,20$; $4,0 \pm 0,30$; $5,0 \pm 0,35$; $10,0 \pm 0,40$; $20,0 \pm 0,50$; $30,0 \pm 0,60$; $50,0 \pm 1$.

2.3. Ширина, см: $5,0 \pm 0,2$; $6,0 \pm 0,3$; $7,5 \pm 0,3$; $8,0 \pm 0,4$; $10,0 \pm 0,5$; $12,0 \pm 0,8$; $14,0 \pm 0,9$; $15,0 \pm 1,0$; $17,5 \pm 1,0$; $20,0 \pm 1,0$; $25,0 \pm 1,2$; $30 \pm 1,2$.

II. Рулон, в вариантах исполнения:


1. Рулон без стержня, неокрашенный (Р).

1.1. Варианты исполнения:

1.1.1. Р 1 (1 слой бинта).

1.1.2. Р 2 (2 слоя бинта).

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



М.А. Мурашко

0042586


ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 02 ноября 2017 года № РЗН 2017/6428

Лист 2

- 1.1.3. Р 3 (3 слоя бинта).
1.1.4. Р 4 (4 слоя бинта).
1.1.5. Р 6 (6 слоев бинта).
1.2. Длина, м: $2,0 \pm 0,15$; $2,7 \pm 0,15$; $3,0 \pm 0,20$; $4,0 \pm 0,30$; $4,6 \pm 0,35$; $5,0 \pm 0,35$; $8,0 \pm 0,40$; $10,0 \pm 0,40$; $15,0 \pm 0,5$; $20,0 \pm 0,50$.
1.3. Ширина, см: $5,0 \pm 0,2$; $6,0 \pm 0,3$; $7,5 \pm 0,3$; $8,0 \pm 0,4$; $10,0 \pm 0,5$; $12,0 \pm 0,8$; $14,0 \pm 0,9$; $15,0 \pm 1,0$; $17,5 \pm 1,0$; $20,0 \pm 1,0$; $25,0 \pm 1,2$; $30 \pm 1,2$.
2. Рулон без стержня, окрашенный в розовый или голубой или салатовый цвет (РО).
2.1. Варианты исполнения:
2.1.1. РО 1 (1 слой бинта).
2.1.2. РО 2 (2 слоя бинта).
2.1.3. РО 3 (3 слоя бинта).
2.1.4. РО 4 (4 слоя бинта).
2.1.5. РО 6 (6 слоев бинта).
2.2. Длина, м: $2,0 \pm 0,15$; $2,7 \pm 0,15$; $3,0 \pm 0,20$; $4,0 \pm 0,30$; $4,6 \pm 0,35$; $5,0 \pm 0,35$; $8,0 \pm 0,40$; $10,0 \pm 0,40$; $15,0 \pm 0,5$; $20,0 \pm 0,50$.
2.3. Ширина, см: $5,0 \pm 0,2$; $6,0 \pm 0,3$; $7,5 \pm 0,3$; $8,0 \pm 0,4$; $10,0 \pm 0,5$; $12,0 \pm 0,8$; $14,0 \pm 0,9$; $15,0 \pm 1,0$; $17,5 \pm 1,0$; $20,0 \pm 1,0$; $25,0 \pm 1,2$; $30 \pm 1,2$.
3. Рулон со стержнем, неокрашенный (РС).
3.1. Варианты исполнения:
3.1.1. РС 1 (1 слой бинта).
3.1.2. РС 2 (2 слоя бинта).
3.1.3. РС 3 (3 слоя бинта).
3.1.4. РС 4 (4 слоя бинта).
3.1.5. РС 6 (6 слоев бинта).
3.2. Длина, м: $2,0 \pm 0,15$; $2,7 \pm 0,15$; $3,0 \pm 0,20$; $4,0 \pm 0,30$; $4,6 \pm 0,35$; $5,0 \pm 0,35$; $8,0 \pm 0,40$; $10,0 \pm 0,40$; $15,0 \pm 0,5$; $20,0 \pm 0,50$.
3.3. Ширина, см: $5,0 \pm 0,2$; $6,0 \pm 0,3$; $7,5 \pm 0,3$; $8,0 \pm 0,4$; $10,0 \pm 0,5$; $12,0 \pm 0,8$; $14,0 \pm 0,9$; $15,0 \pm 1,0$; $17,5 \pm 1,0$; $20,0 \pm 1,0$; $25,0 \pm 1,2$; $30 \pm 1,2$.
4. Рулон со стержнем, окрашенный в розовый или голубой или салатовый цвет (РСО).
4.1. Варианты исполнения:
4.1.1. РСО 1 (1 слой бинта).
4.1.2. РСО 2 (2 слоя бинта).
4.1.3. РСО 3 (3 слоя бинта).
4.1.4. РСО 4 (4 слоя бинта).
4.1.5. РСО 6 (6 слоев бинта).

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



М.А. Мурашко

0042587

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 02 ноября 2017 года

№ РЗН 2017/6428

Лист 3

10,0±0,40; 15,0±0,5; 20,0±0,50.

4.3. Ширина, см: 5,0±0,2; 6,0±0,3; 7,5±0,3; 8,0±0,4; 10,0±0,5; 12,0±0,8; 14,0±0,9;
15,0±1,0; 17,5±1,0; 20,0±1,0; 25,0±1,2; 30±1,2.

7

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



М.А. Мурашко

0041010

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Общество с ограниченной ответственностью «Медитек М» (ООО «Медитек М»)

наименование организации или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, принявших декларацию о соответствии

зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной Налоговой службы № 46

по г. Москве 19 февраля 2016г.

ОГРН 1167746186816

сведения о регистрации организации или индивидуального предпринимателя (наименование регистрирующего органа, дата регистрации, регистрационный номер)

Россия, 123022, Москва, Столярный пер., д.14, кв.5

тел. 8 (495) 285-29-31

адрес, телефон, факс

в лице

Генерального директора Арутюнян Арпине Павловны

должность, фамилия, имя, отчество руководителя организации от имени которой принимается декларация

заявляет, что

Бинт медицинский гипсовый клеевой на марлевой основе

наименование, тип, марка продукции, на которую распространяется декларация

«МЕДИТЕК» по ТУ 21.20.24-001-54783613-2017 (см. приложение на 3 листах)

Серийный выпуск.

ОКПД2 21.20.24.132

ТН ВЭД 3005 90 990 0

коды ОКПД2, ТН ВЭД, сведения о серийном выпуске или партии (номер партии)

Изготовитель: ООО «Медитек М», Россия, 123022, Москва, Столярный пер., д.14, кв.5

Место производства - 142073, Московская обл., г. Домодедово, дер. Ильинское,

влад. «Аретей», стр.1,2,3,5

номера изделий, реквизиты договора (контракта), накладная, наименование изготовителя, страны)

соответствует требованиям

ГОСТ 31626-2012, ГОСТ Р 52770-2007.

обозначение нормативных документов, соответствие которым подтверждено

ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-9-2015,

ГОСТ ISO 10993-10-2011, ГОСТ ISO 10993-13-2011, ГОСТ ISO 10993-18-2011

данной декларацией, с указанием пунктов этих нормативных документов, содержащих требования для данной продукции

Декларация принята на основании

протокола испытаний № 17-1087

информация о документах, являющихся основанием для принятия декларации

от 07.06.2017г. ИЦ МИ АНО «ВНИИИМТ» (№ RA.RU.21ИМ04): протокола и

заключения по результатам токсикологических исследований № 46-17 от 07.04.2017г.

ИЛ «ТОКСИКОЛОГ» ООО «ННЦ токсикологической и биологической безопасности

медицинских изделий» (№ РОСС RU.0001.21ИМ55);

Регистрационное удостоверение № РЗН 2017/6428 от 02 ноября 2017г.

Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (РОСЗДРАВНАДЗОР)

Дата принятия декларации

20 декабря 2017г.

Декларация соответствия действительна до

20 декабря 2022г.

подпись

А.П. Арутюнян

инициалы, фамилия

М.П.

Сведения о регистрации декларации о соответствии

Декларация

зарегистрирована Органом по сертификации медицинских изделий АНО «ВНИИИМТ»

(ОС МИ АНО «ВНИИИМТ») № RA.RU.11ИМ02, 129301, г. Москва, ул. Касаткина, д. 3

тел. (499) 187-25-39, (495) 683-97-92, факс (499) 187-89-54, e-mail: im02@bk.ru

наименование и адрес органа по сертификации, зарегистрировавшего декларацию

20 декабря 2017г.

№ РОСС RU.ИМ02.Д01465

дата регистрации и регистрационный номер декларации

М.П.

подпись, инициалы, фамилия руководителя Органа по сертификации

Е.И. Полянская

ПРИЛОЖЕНИЕ К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ

Лист 1

Бинт медицинский гипсовый клеевой на марлевой основе "МЕДИТЕК"
по ТУ 21.20.24-001-54783613-2017:

в вариантах исполнения:

1. Зигзагообразная лента ("лонгет"), в вариантах исполнения:

1. "Лонгет", неокрашенный (Л).

1.1. Варианты исполнения:

1.1.1. Л 1 (1 слой бинта).

1.1.2. Л 2 (2 слоя бинта).

1.1.3. Л 3 (3 слоя бинта).

1.1.4. Л 4 (4 слоя бинта).

1.1.5. Л 6 (6 слоев бинта).

1.1.6. Л 8 (8 слоев бинта).

1.1.7. Л 10 (10 слоев бинта).

1.2. Длина, м: $2,0 \pm 0,15$; $3,0 \pm 0,20$; $4,0 \pm 0,30$; $5,0 \pm 0,35$; $10,0 \pm 0,40$; $20,0 \pm 0,50$; $30,0 \pm 0,60$; $50,0 \pm 1,0$.

1.3. Ширина, см: $5,0 \pm 0,2$; $6,0 \pm 0,3$; $7,5 \pm 0,3$; $8,0 \pm 0,4$; $10,0 \pm 0,5$; $12,0 \pm 0,8$; $14,0 \pm 0,9$; $15,0 \pm 1,0$; $17,5 \pm 1,0$; $20,0 \pm 1,0$; $25,0 \pm 1,2$; 30 ± 1 .

2. 2. "Лонгет", окрашенный в розовый или голубой или салатовый цвет (ЛО).

2.1. Варианты исполнения:

2.1.1. ЛО 1 (1 слой бинта).

2.1.2. ЛО 2 (2 слоя бинта).

2.1.3. ЛО 3 (3 слоя бинта).

2.1.4. ЛО 4 (4 слоя бинта).

2.1.5. ЛО 6 (6 слоев бинта).

2.1.6. ЛО 8 (8 слоев бинта).

2.1.7. ЛО 10 (10 слоев бинта).

2.2. Длина, м: $2,0 \pm 0,15$; $3,0 \pm 0,20$; $4,0 \pm 0,30$; $5,0 \pm 0,35$; $10,0 \pm 0,40$; $20,0 \pm 0,50$; $30,0 \pm 0,60$; $50,0 \pm 1,0$.

2.3. Ширина, см: $5,0 \pm 0,2$; $6,0 \pm 0,3$; $7,5 \pm 0,3$; $8,0 \pm 0,4$; $10,0 \pm 0,5$; $12,0 \pm 0,8$; $14,0 \pm 0,9$; $15,0 \pm 1,0$; $17,5 \pm 1,0$; $20,0 \pm 1,0$; $25,0 \pm 1,2$; $30 \pm 1,2$.

подпись

А.П. Арутюнян

инициалы, фамилия

М.П.

Сведения о регистрации декларации о соответствии

Декларация

зарегистрирована Органом по сертификации медицинских изделий АНО «ВНИИИМТ»

(ОС МИ АНО «ВНИИИМТ») № RA.RU.11IM02, 129301, Москва, ул. Касаткина, д.3

тел. (495) 683-9792, факс (499) 187-89-54, e-mail: im02@bk.ru

наименование и адрес органа по сертификации, зарегистрированного декларацию
№ РОСС RU.ИМ02.Д01465

дата регистрации и регистрационный номер декларации

М.П.

Подпись, инициалы, фамилия руководителя Органа по сертификации

Е.И. Полянская

ПРИЛОЖЕНИЕ К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ

Лист 2

II. Рулон, в вариантах исполнения:

1. Рулон без стержня, неокрашенный (P).

1.1. Варианты исполнения:

1.1.1. P 1 (1 слой бинта).

1.1.2. P 2 (2 слоя бинта).

1.1.3. P 3 (3 слоя бинта).

1.1.4. P 4 (4 слоя бинта).

1.1.5. P 6 (6 слоев бинта).

1.2. Длина, м: $2,0 \pm 0,15$; $2,7 \pm 0,15$; $3,0 \pm 0,20$; $4,0 \pm 0,30$; $4,6 \pm 0,35$; $5,0 \pm 0,35$; $8,0 \pm 0,40$; $10,0 \pm 0,40$; $15,0 \pm 0,5$; $20,0 \pm 0,50$.

1.3. Ширина, см: $5,0 \pm 0,2$; $6,0 \pm 0,3$; $7,5 \pm 0,3$; $8,0 \pm 0,4$; $10,0 \pm 0,5$; $12,0 \pm 0,8$; $14,0 \pm 0,9$; $15,0 \pm 1,0$; $17,5 \pm 1,0$; $20,0 \pm 1,0$; $25,0 \pm 1,2$; $30 \pm 1,2$.

2. Рулон без стержня, окрашенный в розовый или голубой или салатовый цвет (PO).

2.1. Варианты исполнения:

2.1.1. PO 1 (1 слой бинта).

2.1.2. PO 2 (2 слоя бинта).

2.1.3. PO 3 (3 слоя бинта).

2.1.4. PO 4 (4 слоя бинта).

2.1.5. PO 6 (6 слоев бинта).

2.2. Длина, м: $2,0 \pm 0,15$; $2,7 \pm 0,15$; $3,0 \pm 0,20$; $4,0 \pm 0,30$; $4,6 \pm 0,35$; $5,0 \pm 0,35$; $8,0 \pm 0,40$; $10,0 \pm 0,40$; $15,0 \pm 0,5$; $20,0 \pm 0,50$.

2.3. Ширина, см: $5,0 \pm 0,2$; $6,0 \pm 0,3$; $7,5 \pm 0,3$; $8,0 \pm 0,4$; $10,0 \pm 0,5$; $12,0 \pm 0,8$; $14,0 \pm 0,9$; $15,0 \pm 1,0$; $17,5 \pm 1,0$; $20,0 \pm 1,0$; $25,0 \pm 1,2$; $30 \pm 1,2$.

подпись

М.П.

А.П. Арутюнян

инициалы, фамилия

Сведения о регистрации декларации о соответствии

Декларация

зарегистрирована Органом по сертификации медицинских изделий АНО «ВНИИИМТ»

(ОС МИ АНО «ВНИИИМТ») № RA.RU.11IM02, 129301, Москва, ул. Касаткина, д.3


тел. (495) 683-97-92, факс (499) 187-89-54, e-mail: im02@bk.ru

наименование и адрес органа по сертификации, зарегистрировавшего декларацию

20 декабря 2017г.

№ РОСС RU.ИМ02.Д01465

дата регистрации и регистрационный номер декларации



Подпись

инициалы, фамилия руководителя Органа по сертификации

Е.И. Полянская

ПРИЛОЖЕНИЕ К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ

Лист 3

3. Рулон со стержнем, неокрашенный (РС).

3.1. Варианты исполнения:

3.1.1. РС 1 (1 слой бинта).

3.1.2. РС 2 (2 слоя бинта).

3.1.3. РС 3 (3 слоя бинта).

3.1.4. РС 4 (4 слоя бинта).

3.1.5. РС 6 (6 слоев бинта).

3.2. Длина, м: $2,0 \pm 0,15$; $2,7 \pm 0,15$; $3,0 \pm 0,20$; $4,0 \pm 0,30$; $4,6 \pm 0,35$; $5,0 \pm 0,35$; $8,0 \pm 0,40$; $10,0 \pm 0,40$; $15,0 \pm 0,5$; $20,0 \pm 0,50$.

3.3. Ширина, см: $5,0 \pm 0,2$; $6,0 \pm 0,3$; $7,5 \pm 0,3$; $8,0 \pm 0,4$; $10,0 \pm 0,5$; $12,0 \pm 0,8$; $14,0 \pm 0,9$; $15,0 \pm 1,0$; $17,5 \pm 1,0$; $20,0 \pm 1,0$; $25,0 \pm 1,2$; $30 \pm 1,2$.

4. Рулон со стержнем, окрашенный в розовый или голубой или салатный цвет (РСО).

4.1. Варианты исполнения:

4.1.1. РСО 1 (1 слой бинта).

4.1.2. РСО 2 (2 слоя бинта).

4.1.3. РСО 3 (3 слоя бинта).

4.1.4. РСО 4 (4 слоя бинта).

4.1.5. РСО 6 (6 слоев бинта).

4.2. Длина, м: $2,0 \pm 0,15$; $2,7 \pm 0,15$; $3,0 \pm 0,20$; $4,0 \pm 0,30$; $4,6 \pm 0,35$; $5,0 \pm 0,35$; $8,0 \pm 0,40$; $10,0 \pm 0,40$; $15,0 \pm 0,5$; $20,0 \pm 0,50$.

4.3. Ширина, см: $5,0 \pm 0,2$; $6,0 \pm 0,3$; $7,5 \pm 0,3$; $8,0 \pm 0,4$; $10,0 \pm 0,5$; $12,0 \pm 0,8$; $14,0 \pm 0,9$; $15,0 \pm 1,0$; $17,5 \pm 1,0$; $20,0 \pm 1,0$; $25,0 \pm 1,2$; $30 \pm 1,2$.

подпись

А.П. Арутюнян

инициалы, фамилия

М.П.

Сведения о регистрации декларации о соответствии

Декларация

зарегистрирована Органом по сертификации медицинских изделий АНО «ВНИИИМТ»

(ОС МИ АНО «ВНИИИМТ») № RA.RU.11ИМ02, 129301, Москва, ул. Касаткина, д.3

тел. (495) 683-91-92, факс (499) 187-89-54, e-mail: im02@bk.ru

наименование и адрес органа по сертификации, зарегистрировавшего декларацию

20 декабря 2017г.

№ РОСС RU.ИМ02.Д01465

дата регистрации и регистрационный номер декларации

М.П.

инициалы, фамилия руководителя Органа по сертификации

Е.И. Полянская

